

Link do produktu: <https://progselection.pl/nozyczki-do-skorek-sc700-10-p-1120.html>



Nożyczki do skórek SC700-10

Cena	67,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SC700-10
Kod producenta	SC700-10
Kod EAN	5903857401509

Opis produktu

Profesjonalne nożyczki do wycinania skórek SC700-10. Ich zakrzywione, cienkie i **ostre ostrza** zapewnią gładkie, płynne i precyzyjne przycięcie niechcianych skórek. Dzięki odpowiedniemu rozmiarowi i wyprofilowaniu narzędzie idealnie leży w dłoni, co zapewnia komfortową pracę. Nożyczki sprawdzą się doskonale również podczas wykonywania manicure kombinowanego.

MATERIAŁ

Wykonane ze stali chirurgicznej

PARAMETRY

- narzędzie o długości 10 cm
- ostrze o długości ok. 20 mm
- przeznaczone do dezynfekcji oraz sterylizacji

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chronić narzędzie przed upadkiem
- do czyszczenia używaj miękkiej szczoteczki bądź ściereczki

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie **dezynfekcji i sterylizacji** narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie. Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiałych i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.
8. Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.