


Link do produktu: <https://progselection.pl/profesjonalne-cazki-do-skorek-cn120-ostrze-5-mm-p-1112.html>



Profesjonalne cążki do skórek CN120 ostrze 5 mm

Cena	69,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CN120-5mm
Kod producenta	CN120-5mm
Kod EAN	5903857401851

Opis produktu

Cążki 5mm ze sprężyną CN 120 są profesjonalnym narzędziem do wycinania skórek. Główka narzędzia ma prosty kształt, natomiast rękojeści lekko zaokrągliśmy. Uchwyt jest wygodny i szeroki, a sprężyna dobrze amortyzuje każde cięcie. Precyzyjne ostrza ręcznie naostrzyliśmy co sprawia, że cążki zapewnią gładkie przycięcie niechcianych skórek.

MATERIAŁ

Cążki wykonane są z wysokogatunkowej stali chirurgicznej.

PARAMETRY

- mechanizm sprężynowy
- ergonomiczny uchwyt
- narzędzie o długości ok. 10 cm
- długość ostrza 5 mm
- przeznaczone do dezynfekowania oraz sterylizacji w temperaturze 134° Celsjusza

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- cienkie ostrza nie powinny być mocno z sobą ściskane i nie powinno się nimi obcinać np. paznokci, drutu ponieważ grozi to uszkodzeniem ostrza
- instrumenty należy używać do czynności do jakich są przeznaczone
- regularne natłuszczanie części ruchomych utrzyma ich skuteczność i prawidłowe odbijanie
- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chroń cążki przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.

-
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
 6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.
8. Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.